Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE031419\
Data File : BE098946.D
Acq On : 14 Mar 2019 15:41
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 15 05:45:45 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE030619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 06 15:33:24 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	99	0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.399	0.3	101	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.353	11.8	85	0.04
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.273	31.8#	65	0.03
5	S	Phenol-d6	0.400	0.328	18.0	81	0.03
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.301	24.8	77	0.04
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	112	0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.301	24.8	94	0.03
9		Naphthalene	0.400	0.391	2.3	113	0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.383	4.3	111	0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.394	1.5	113	0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.356	11.0	103	0.02
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	117	0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.256	36.0#	76	0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.372	7.0	110	0.02
16		Acenaphthylene	0.400	0.362	9.5	111	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.376	6.0	110	0.00
18		Fluorene	0.400	0.350	12.5	105	0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	102	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.387	3.3	100	0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.384	4.0	103	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.363	9.3	57	0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.372	7.0	97	0.00
24		Anthracene	0.400	0.315	21.3	85	0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.339	15.3	89	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.336	16.0	89	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	83	0.00
28		Pyrene	0.400	0.421	-5.2	88	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.374	6.5	78	0.01
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.330	17.5	70	0.01
31		Chrysene	0.400	0.394	1.5	84	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.276	31.0#	63	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.320	20.0	68	0.01
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	84	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.361	9.8	78	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.399	0.3	88	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.368	8.0	80	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.301	24.8	64	0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.357	10.8	76	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE031419\
Data File : BE098946.D
Acq On : 14 Mar 2019 15:41
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 15 05:45:45 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE030619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 06 15:33:24 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0