Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE031419\
Data File : BE098948.D
Acq On : 14 Mar 2019 18:02
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 15 05:48:09 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE030619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 15 05:31:33 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	99	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.383	4.3	98	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.241	39.8#	59	0.05
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.334	16.5	80	0.02
5	S	Phenol-d6	0.400	0.349	12.8	87	0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.284	29.0#	73	0.02
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	106	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.298	25.5#	88	0.01
9		Naphthalene	0.400	0.390	2.5	106	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.383	4.3	105	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.390	2.5	106	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.355	11.3	97	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	113	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.270	32.5#	77	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.387	3.3	110	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.378	5.5	112	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.384	4.0	109	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.362	9.5	105	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	99	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.403	-0.8	101	0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.396	1.0	103	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.351	12.3	49	0.03
23		Phenanthrene	0.400	0.368	8.0	93	0.00
24		Anthracene	0.400	0.316	21.0	83	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.340	15.0	87	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.338	15.5	87	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	84	0.00
28		Pyrene	0.400	0.404	-1.0	85	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.378	5.5	80	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.357	10.8	76	0.00
31		Chrysene	0.400	0.381	4.8	82	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.300	25.0#	69	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.353	11.8	75	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	88	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.370	7.5	84	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.412	-3.0	95	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.373	6.8	84	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.304	24.0	68	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.343	14.2	77	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE031419\
Data File : BE098948.D
Acq On : 14 Mar 2019 18:02
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 15 05:48:09 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE030619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 15 05:31:33 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0