Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE031716\
Data File : BE091467.D
Acq On : 17 Mar 2016 15:25
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 3 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 17 16:19:00 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\SIM-BE031616.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Mar 17 15:28:00 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	5.000	5.000	0.0	86	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.365	8.8	82	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.346	13.5	82	0.00
4	I	Naphthalene-d8	5.000	5.000	0.0	87	0.00
5	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.515	-28.7#	98	-0.01
6		Naphthalene	0.400	0.375	6.3	86	-0.02
7		2-Methylnaphthalene	0.400	0.366	8.5	86	0.00
8	I	Acenaphthene-d10	5.000	5.000	0.0	85	0.00
9	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.367	8.3	86	0.00
10		Acenaphthylene	0.400	0.338	15.5	88	0.00
11		Acenaphthene	0.400	0.392	2.0	92	0.00
12		Fluorene	0.400	0.374	6.5	86	0.00
13	I	Phenanthrene-d10	5.000	5.000	0.0	86	0.00
14		Hexachlorobenzene	0.400	0.369	7.8	86	-0.02
15		Pentachlorophenol	0.400	0.502	-25.5#	91	-0.02
16		Phenanthrene	0.400	0.381	4.8	87	-0.01
17		Anthracene	0.400	0.362	9.5	86	-0.01
18		Fluoranthene	0.400	0.386	3.5	89	0.00
19	I	Chrysene-d12	5.000	5.000	0.0	96	0.00
20		Pyrene	0.400	0.339	15.3	89	0.00
21	S	Terphenyl-d14	0.400	0.327	18.3	83	0.00
22		Benzo(a)anthracene	0.400	0.313	21.8	82	0.00
23		Chrysene	0.400	0.370	7.5	88	0.00
24		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.340	15.0	88	0.00
25	I	Perylene-d12	5.000	5.000	0.0	89	0.00
26		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.345	13.8	81	-0.01
27		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.384	4.0	94	-0.01
28	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.359	10.3	88	0.00
29		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.363	9.3	89	0.00
30		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.364	9.0	87	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0