Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE032415\
Data File : BE089819.D
Acq On : 24 Mar 2015 18:12
Operator : TP/JJ
Sample : SSTDICV001
Misc :
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE032415

Quant Time: Mar 25 16:40:43 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\SIMPAH-BE032415.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 24 18:03:12 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	5.000	5.000	0.0	131	0.00
2		1,4-Dioxane	1.000	0.997	0.3	134	0.03
3		n-Nitrosodimethylamine	1.000	1.042	-4.2	143	-0.03
4	I	Naphthalene-d8	5.000	5.000	0.0	130	0.00
5	S	Nitrobenzene-d5	1.000	1.201	-20.1	191	0.00
6		Naphthalene	1.000	0.983	1.7	133	0.00
7		2-Methylnaphthalene	1.000	1.026	-2.6	129	0.00
8	I	Acenaphthene-d10	5.000	5.000	0.0	116	0.00
9	S	2-Fluorobiphenyl	1.000	1.027	-2.7	123	0.00
10		Acenaphthylene	1.000	1.039	-3.9	125	-0.01
11		Acenaphthene	1.000	1.003	-0.3	122	0.00
12		Fluorene	1.000	1.010	-1.0	122	-0.01
13	I	Phenanthrene-d10	5.000	5.000	0.0	118	0.00
14		Hexachlorobenzene	1.000	0.980	2.0	121	0.00
15		Pentachlorophenol	1.000	0.556	44.4#	97	0.00
16		Phenanthrene	1.000	1.001	-0.1	125	0.00
17		Anthracene	1.000	1.012	-1.2	124	0.00
18		Fluoranthene	1.000	1.082	-8.2	137	0.00
19	I	Chrysene-d12	5.000	5.000	0.0	135	0.00
20		Pyrene	1.000	0.936	6.4	133	0.00
21	S	Terphenyl-d14	1.000	0.930	7.0	131	0.00
22		Benzo(a)anthracene	1.000	0.978	2.2	143	0.00
23		Chrysene	1.000	1.038	-3.8	143	0.00
24		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.000	0.912	8.8	143	0.00
25	I	Perylene-d12	5.000	5.000	0.0	140	0.00
26		Benzo(b)fluoranthene	1.000	0.879	12.1	132	0.00
27		Benzo(k)fluoranthene	1.000	1.116	-11.6	157	0.00
28	C	Benzo(a)pyrene	1.000	0.898	10.2	136	0.00
29		Dibenzo(a,h)anthracene	1.000	0.859	14.1	123	0.00
30		Benzo(g,h,i)perylene	1.000	0.970	3.0	143	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0