Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE040319\
Data File : BE099286.D
Acq On : 3 Apr 2019 10:46
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 04 09:16:43 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE040219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Apr 02 17:16:42 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	105	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.545	0.640	-17.4	124	-0.02
3		n-Nitrosodimethylamine	0.322	0.310	3.7	105	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	1.063	1.121	-5.5	106	-0.02
5	S	Phenol-d6	1.461	1.490	-2.0	106	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.310	1.398	-6.7	112	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	103	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.275	0.300	-9.1	117	-0.01
9		Naphthalene	4.351	4.676	-7.5	110	-0.03
10		Hexachlorobutadiene	0.283	0.306	-8.1	111	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.698	0.723	-3.6	109	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.740	0.789	-6.6	111	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	102	-0.03
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.184	0.170	7.6	105	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.572	1.704	-8.4	111	-0.01
16		Acenaphthylene	1.895	1.864	1.6	104	-0.01
17		Acenaphthene	1.118	1.172	-4.8	109	-0.01
18		Fluorene	1.615	1.676	-3.8	106	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	103	-0.03
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.227	0.227	0.0	105	-0.03
21		Hexachlorobenzene	0.216	0.230	-6.5	110	-0.03
22		Pentachlorophenol	0.090	0.106	-17.8	139	-0.03
23		Phenanthrene	1.035	1.106	-6.9	108	-0.03
24		Anthracene	0.976	1.006	-3.1	106	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.280	5.411	-2.5	104	-0.02
26		Fluoranthene	1.528	1.588	-3.9	106	-0.02
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	98	-0.02
28		Pyrene	1.056	1.115	-5.6	105	-0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.730	0.789	-8.1	107	-0.02
30		Benzo(a)anthracene	1.259	1.303	-3.5	101	-0.02
31		Chrysene	1.235	1.328	-7.5	104	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.605	1.286	19.9	81	-0.02
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.412	1.429	-1.2	96	-0.06
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	92	-0.03
35		Benzo(b)fluoranthene	1.194	1.253	-4.9	100	-0.03
36		Benzo(k)fluoranthene	1.162	1.276	-9.8	104	-0.03
37	C	Benzo(a)pyrene	1.122	1.156	-3.0	98	-0.03
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.116	1.170	-4.8	99	-0.06
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.112	1.151	-3.5	98	-0.05

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE040319\
Data File : BE099286.D
Acq On : 3 Apr 2019 10:46
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 04 09:16:43 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE040219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Apr 02 17:16:42 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0