Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE040319\
Data File : BE099291.D
Acq On : 3 Apr 2019 14:59
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 04 04:05:19 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE040219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Apr 02 17:16:42 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	108	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.545	0.580	-6.4	115	-0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.322	0.262	18.6	91	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	1.063	1.068	-0.5	104	-0.02
5	S	Phenol-d6	1.461	1.417	3.0	104	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.310	1.363	-4.0	112	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	105	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.275	0.289	-5.1	115	-0.03
9		Naphthalene	4.351	4.695	-7.9	113	-0.03
10		Hexachlorobutadiene	0.283	0.293	-3.5	108	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.698	0.730	-4.6	112	-0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.740	0.775	-4.7	111	-0.02
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	101	-0.03
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.184	0.174	5.4	106	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.572	1.763	-12.2	113	-0.02
16		Acenaphthylene	1.895	1.880	0.8	103	-0.02
17		Acenaphthene	1.118	1.214	-8.6	112	-0.02
18		Fluorene	1.615	1.713	-6.1	106	-0.03
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	101	-0.03
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.227	0.234	-3.1	106	-0.03
21		Hexachlorobenzene	0.216	0.232	-7.4	110	-0.03
22		Pentachlorophenol	0.090	0.098	-8.9	126	-0.03
23		Phenanthrene	1.035	1.107	-7.0	107	-0.03
24		Anthracene	0.976	0.965	1.1	100	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.280	5.263	0.3	99	-0.02
26		Fluoranthene	1.528	1.550	-1.4	102	-0.02
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	92	-0.02
28		Pyrene	1.056	1.125	-6.5	100	-0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.730	0.793	-8.6	101	-0.02
30		Benzo(a)anthracene	1.259	1.274	-1.2	93	-0.02
31		Chrysene	1.235	1.315	-6.5	97	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.605	1.100	31.5#	65	-0.02
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.412	1.485	-5.2	94	-0.05
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	89	-0.03
35		Benzo(b)fluoranthene	1.194	1.270	-6.4	98	-0.03
36		Benzo(k)fluoranthene	1.162	1.258	-8.3	99	-0.03
37	C	Benzo(a)pyrene	1.122	1.137	-1.3	93	-0.03
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.116	1.177	-5.5	96	-0.05
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.112	1.162	-4.5	95	-0.06

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE040319\
Data File : BE099291.D
Acq On : 3 Apr 2019 14:59
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 04 04:05:19 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE040219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Apr 02 17:16:42 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0