Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE040816\
Data File : BE091614.D
Acq On : 8 Apr 2016 16:28
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE040816

Quant Time: Apr 08 17:03:32 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE040816.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 08 16:48:14 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	5.000	5.000	0.0	99	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.400	0.420	-5.0	104	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.358	10.5	95	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.372	7.0	97	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.362	9.5	98	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.376	6.0	98	0.00
7	I	Naphthalene-d8	5.000	5.000	0.0	101	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.337	15.8	96	0.00
9		Nitrobenzene	0.400	0.444	-11.0	97	0.00
10		Naphthalene	0.400	0.393	1.8	101	0.00
11		Hexachlorobutadiene	0.400	0.391	2.3	100	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.390	2.5	102	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	5.000	5.000	0.0	99	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.467	-16.8	95	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.397	0.8	100	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.377	5.8	115	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.393	1.8	101	0.00
18		Fluorene	0.400	0.387	3.3	99	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	5.000	5.000	0.0	99	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.379	5.3	97	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.399	0.3	99	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.411	-2.7	97	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.397	0.8	99	0.00
24		Anthracene	0.400	0.376	6.0	99	0.00
25		Fluoranthene	0.400	0.369	7.8	98	0.00
26	I	Chrysene-d12	5.000	5.000	0.0	101	0.00
27		Benzidine	0.400	0.480	-20.0	87	0.00
28		Pyrene	0.400	0.353	11.8	97	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.378	5.5	97	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.373	6.8	98	0.00
31		3,3'-Dichlorobenzidine	0.400	0.363	9.3	87	0.00
32		Chrysene	0.400	0.397	0.8	102	-0.02
33		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.391	2.3	88	0.00
34		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.379	5.3	99	-0.01
35	I	Perylene-d12	5.000	5.000	0.0	100	0.00
36		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.394	1.5	103	0.00
37		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.371	7.3	97	0.00
38	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.376	6.0	99	0.00
39		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.377	5.8	99	0.00
40		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.381	4.8	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE040816\
Data File : BE091614.D
Acq On : 8 Apr 2016 16:28
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE040816

Quant Time: Apr 08 17:03:32 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE040816.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 08 16:48:14 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0