Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE041116\
Data File : BE091631.D
Acq On : 11 Apr 2016 16:51
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 12 15:24:37 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE040816.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 08 16:48:14 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	118	0.00
2		1,4-Dioxane	0.640	0.594	7.2	107	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.767	0.716	6.6	118	-0.01
4	S	2-Fluorophenol	1.193	1.019	14.6	106	0.00
5	S	Phenol-d6	1.591	1.367	14.1	111	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.379	1.306	5.3	118	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	120	-0.02
8	S	Nitrobenzene-d5	0.290	0.238	17.9	111	0.00
9		Nitrobenzene	0.305	0.243	20.3	110	0.00
10		Naphthalene	1.031	1.016	1.5	120	0.00
11		Hexachlorobutadiene	0.152	0.145	4.6	116	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.658	0.636	3.3	120	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	117	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.138	0.102	26.1#	107	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.390	1.390	0.0	119	0.00
16		Acenaphthylene	1.941	1.770	8.8	132	0.00
17		Acenaphthene	1.227	1.263	-2.9	125	-0.01
18		Fluorene	1.533	1.478	3.6	116	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	118	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.176	0.167	5.1	116	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.183	0.181	1.1	117	0.00
22		Pentachlorophenol	0.068	0.042	38.2#	105	0.00
23		Phenanthrene	1.141	1.159	-1.6	120	0.00
24		Anthracene	1.011	0.960	5.0	119	0.00
25		Fluoranthene	1.208	1.043	13.7	109	0.00
26	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	120	0.00
27		Benzidine	0.329	0.179	45.6#	95	0.00
28		Pyrene	1.000	0.899	10.1	117	-0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.624	0.593	5.0	116	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.119	1.053	5.9	118	0.00
31		3,3'-Dichlorobenzidine	0.599	0.358	40.2#	86	0.00
32		Chrysene	1.015	1.101	-8.5	133	-0.02
33		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.494	0.170	65.6#	64	0.00
34		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.132	0.955	15.6	105	-0.01
35	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	114	0.00
36		Benzo(b)fluoranthene	1.161	1.019	12.2	105	0.00
37		Benzo(k)fluoranthene	1.145	1.161	-1.4	121	0.00
38	C	Benzo(a)pyrene	1.079	0.938	13.1	105	0.00
39		Dibenzo(a,h)anthracene	1.062	0.944	11.1	107	-0.01
40		Benzo(g,h,i)perylene	1.094	0.972	11.2	104	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE041116\
Data File : BE091631.D
Acq On : 11 Apr 2016 16:51
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 12 15:24:37 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE040816.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 08 16:48:14 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0