Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\Data\BE041116\
Data File : BE091631.D
Acq On : 11 Apr 2016 16:51
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 12 15:24:37 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE040816.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 08 16:48:14 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	5.000	5.000	0.0	118	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.352	12.0	107	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.373	6.8	118	-0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.342	14.5	106	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.344	14.0	111	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.379	5.3	118	0.00
7	I	Naphthalene-d8	5.000	5.000	0.0	120	-0.02
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.327	18.3	111	0.00
9		Nitrobenzene	0.400	0.430	-7.5	110	0.00
10		Naphthalene	0.400	0.394	1.5	120	0.00
11		Hexachlorobutadiene	0.400	0.384	4.0	116	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.387	3.3	120	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	5.000	5.000	0.0	117	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.458	-14.5	107	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.400	0.0	119	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.365	8.8	132	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.412	-3.0	125	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.385	3.8	116	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	5.000	5.000	0.0	118	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.378	5.5	116	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.395	1.3	117	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.394	1.5	105	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.406	-1.5	120	0.00
24		Anthracene	0.400	0.380	5.0	119	0.00
25		Fluoranthene	0.400	0.346	13.5	109	0.00
26	I	Chrysene-d12	5.000	5.000	0.0	120	0.00
27		Benzidine	0.400	0.468	-17.0	95	0.00
28		Pyrene	0.400	0.360	10.0	117	-0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.380	5.0	116	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.377	5.8	118	0.00
31		3,3'-Dichlorobenzidine	0.400	0.330	17.5	86	0.00
32		Chrysene	0.400	0.434	-8.5	133	-0.02
33		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.342	14.5	64	0.00
34		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.337	15.8	105	-0.01
35	I	Perylene-d12	5.000	5.000	0.0	114	0.00
36		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.351	12.3	105	0.00
37		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.406	-1.5	121	0.00
38	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.348	13.0	105	0.00
39		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.356	11.0	107	-0.01
40		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.355	11.3	104	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\Data\BE041116\
Data File : BE091631.D
Acq On : 11 Apr 2016 16:51
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 12 15:24:37 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE040816.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 08 16:48:14 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0