Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE041116\
Data File : BE091633.D
Acq On : 11 Apr 2016 18:02
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 12 15:35:55 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE040816.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 08 16:48:14 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	120	0.00
2		1,4-Dioxane	0.640	0.618	3.4	114	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.767	0.688	10.3	116	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.193	1.018	14.7	108	0.00
5	S	Phenol-d6	1.591	1.376	13.5	114	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.379	1.310	5.0	120	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	122	-0.02
8	S	Nitrobenzene-d5	0.290	0.239	17.6	114	0.00
9		Nitrobenzene	0.305	0.244	20.0	113	0.00
10		Naphthalene	1.031	1.022	0.9	123	0.00
11		Hexachlorobutadiene	0.152	0.145	4.6	118	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.658	0.638	3.0	123	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	123	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.138	0.099	28.3#	111	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.390	1.361	2.1	123	0.00
16		Acenaphthylene	1.941	1.744	10.1	137	0.00
17		Acenaphthene	1.227	1.255	-2.3	131	-0.01
18		Fluorene	1.533	1.464	4.5	122	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	122	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.176	0.165	6.2	118	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.183	0.182	0.5	122	0.00
22		Pentachlorophenol	0.068	0.049	27.9#	126	0.00
23		Phenanthrene	1.141	1.163	-1.9	125	0.00
24		Anthracene	1.011	0.959	5.1	123	0.00
25		Fluoranthene	1.208	1.109	8.2	121	0.00
26	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	114	0.00
27		Benzidine	0.329	0.244	25.8#	124	-0.02
28		Pyrene	1.000	0.961	3.9	119	-0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.624	0.674	-8.0	126	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.119	1.096	2.1	116	0.00
31		3,3'-Dichlorobenzidine	0.599	0.380	36.6#	87	0.00
32		Chrysene	1.015	1.152	-13.5	132	-0.02
33		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.494	0.178	64.0#	63	0.00
34		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.132	0.985	13.0	103	-0.01
35	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	111	-0.01
36		Benzo(b)fluoranthene	1.161	1.053	9.3	106	-0.01
37		Benzo(k)fluoranthene	1.145	1.157	-1.0	118	-0.01
38	C	Benzo(a)pyrene	1.079	0.927	14.1	102	0.00
39		Dibenzo(a,h)anthracene	1.062	0.937	11.8	103	-0.01
40		Benzo(g,h,i)perylene	1.094	0.986	9.9	104	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE041116\
Data File : BE091633.D
Acq On : 11 Apr 2016 18:02
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 12 15:35:55 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE040816.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 08 16:48:14 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0