Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\Data\BE041116\
Data File : BE091633.D
Acq On : 11 Apr 2016 18:02
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 12 15:35:55 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE040816.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 08 16:48:14 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	5.000	5.000	0.0	120	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.370	7.5	114	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.359	10.3	116	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.341	14.8	108	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.346	13.5	114	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.380	5.0	120	0.00
7	I	Naphthalene-d8	5.000	5.000	0.0	122	-0.02
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.329	17.8	114	0.00
9		Nitrobenzene	0.400	0.432	-8.0	113	0.00
10		Naphthalene	0.400	0.396	1.0	123	0.00
11		Hexachlorobutadiene	0.400	0.381	4.8	118	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.388	3.0	123	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	5.000	5.000	0.0	123	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.452	-13.0	111	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.391	2.3	123	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.359	10.3	137	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.409	-2.2	131	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.382	4.5	122	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	5.000	5.000	0.0	122	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.374	6.5	118	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.397	0.8	122	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.421	-5.2	126	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.408	-2.0	125	0.00
24		Anthracene	0.400	0.379	5.3	123	0.00
25		Fluoranthene	0.400	0.367	8.3	121	0.00
26	I	Chrysene-d12	5.000	5.000	0.0	114	0.00
27		Benzidine	0.400	0.518	-29.5#	124	-0.02
28		Pyrene	0.400	0.384	4.0	119	-0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.432	-8.0	126	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.392	2.0	116	0.00
31		3,3'-Dichlorobenzidine	0.400	0.340	15.0	87	0.00
32		Chrysene	0.400	0.454	-13.5	132	-0.02
33		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.345	13.8	63	0.00
34		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.348	13.0	103	-0.01
35	I	Perylene-d12	5.000	5.000	0.0	111	-0.01
36		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.363	9.3	106	-0.01
37		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.404	-1.0	118	-0.01
38	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.344	14.0	102	0.00
39		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.353	11.8	103	-0.01
40		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.360	10.0	104	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\Data\BE041116\
Data File : BE091633.D
Acq On : 11 Apr 2016 18:02
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 12 15:35:55 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE040816.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 08 16:48:14 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0