Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE041116\
Data File : BE091643.D
Acq On : 12 Apr 2016 00:15
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 12 15:50:52 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE040816.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 08 16:48:14 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	116	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.640	0.592	7.5	105	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.767	0.741	3.4	120	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	1.193	1.180	1.1	121	0.00
5	S	Phenol-d6	1.591	1.583	0.5	126	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.379	1.347	2.3	119	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	120	-0.02
8	S	Nitrobenzene-d5	0.290	0.287	1.0	134	0.00
9		Nitrobenzene	0.305	0.292	4.3	132	0.00
10		Naphthalene	1.031	1.014	1.6	120	0.00
11		Hexachlorobutadiene	0.152	0.151	0.7	121	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.658	0.659	-0.2	124	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	122	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.138	0.137	0.7	150#	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.390	1.367	1.7	122	0.00
16		Acenaphthylene	1.941	1.943	-0.1	151#	0.00
17		Acenaphthene	1.227	1.265	-3.1	130	-0.01
18		Fluorene	1.533	1.510	1.5	124	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	129	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.176	0.158	10.2	120	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.183	0.170	7.1	121	0.00
22		Pentachlorophenol	0.068	0.057	16.2	156#	0.00
23		Phenanthrene	1.141	1.054	7.6	120	0.00
24		Anthracene	1.011	0.949	6.1	129	0.00
25		Fluoranthene	1.208	1.119	7.4	129	0.00
26	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	123	0.00
27		Benzidine	0.329	0.289	12.2	159#	-0.02
28		Pyrene	1.000	0.978	2.2	131	-0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.624	0.686	-9.9	139	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.119	1.203	-7.5	139	0.00
31		3,3'-Dichlorobenzidine	0.599	0.593	1.0	147	0.00
32		Chrysene	1.015	1.156	-13.9	144	-0.02
33		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.494	0.383	22.5	148	0.00
34		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.132	1.120	1.1	127	-0.01
35	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	124	-0.01
36		Benzo(b)fluoranthene	1.161	1.140	1.8	128	-0.01
37		Benzo(k)fluoranthene	1.145	1.267	-10.7	144	0.00
38	C	Benzo(a)pyrene	1.079	1.077	0.2	132	0.00
39		Dibenzo(a,h)anthracene	1.062	1.022	3.8	126	-0.01
40		Benzo(g,h,i)perylene	1.094	1.070	2.2	126	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE041116\
Data File : BE091643.D
Acq On : 12 Apr 2016 00:15
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 12 15:50:52 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE040816.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 08 16:48:14 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0