Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\Data\BE041316\
Data File : BE091651.D
Acq On : 13 Apr 2016 10:21
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 14 03:57:40 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE040816.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 08 16:48:14 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	88	0.00
2		1,4-Dioxane	0.640	0.629	1.7	85	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.767	0.694	9.5	86	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.193	1.014	15.0	79	0.00
5	S	Phenol-d6	1.591	1.307	17.9	79	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.379	1.293	6.2	87	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	87	-0.02
8	S	Nitrobenzene-d5	0.290	0.231	20.3	78	0.00
9		Nitrobenzene	0.305	0.239	21.6	79	0.00
10		Naphthalene	1.031	1.020	1.1	88	0.00
11		Hexachlorobutadiene	0.152	0.151	0.7	88	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.658	0.620	5.8	85	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	82	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.138	0.099	28.3#	73	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.390	1.422	-2.3	85	0.00
16		Acenaphthylene	1.941	1.771	8.8	92	0.00
17		Acenaphthene	1.227	1.272	-3.7	88	-0.01
18		Fluorene	1.533	1.473	3.9	81	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	88	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.176	0.155	11.9	80	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.183	0.172	6.0	83	0.00
22		Pentachlorophenol	0.068	0.035	48.5#	66	0.00
23		Phenanthrene	1.141	1.071	6.1	83	0.00
24		Anthracene	1.011	0.860	14.9	79	0.00
25		Fluoranthene	1.208	1.001	17.1	79	0.00
26	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	80	0.00
27		Benzidine	0.329	0.193	41.3#	69	0.00
28		Pyrene	1.000	0.915	8.5	80	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.624	0.631	-1.1	83	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.119	1.029	8.0	77	0.00
31		3,3'-Dichlorobenzidine	0.599	0.344	42.6#	55	0.00
32		Chrysene	1.015	1.178	-16.1	95	-0.02
33		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.494	0.155	68.6#	39#	0.00
34		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.132	0.938	17.1	69	-0.01
35	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	78	-0.01
36		Benzo(b)fluoranthene	1.161	1.043	10.2	73	-0.01
37		Benzo(k)fluoranthene	1.145	1.127	1.6	80	-0.01
38	C	Benzo(a)pyrene	1.079	0.879	18.5	68	0.00
39		Dibenzo(a,h)anthracene	1.062	0.900	15.3	70	-0.01
40		Benzo(g,h,i)perylene	1.094	0.987	9.8	73	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\Data\BE041316\
Data File : BE091651.D
Acq On : 13 Apr 2016 10:21
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 14 03:57:40 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE040816.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 08 16:48:14 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0