Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE041816\
Data File : BE091669.D
Acq On : 18 Apr 2016 17:45
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 19 05:20:45 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE041816.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Apr 18 17:20:40 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	5.000	5.000	0.0	90	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.363	9.3	91	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.411	-2.7	100	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.414	-3.5	99	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.396	1.0	97	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.404	-1.0	95	0.00
7	I	Naphthalene-d8	5.000	5.000	0.0	93	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.392	2.0	106	0.00
9		Nitrobenzene	0.400	0.393	1.8	104	0.00
10		Naphthalene	0.400	0.407	-1.7	95	0.00
11		Hexachlorobutadiene	0.400	0.402	-0.5	95	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.403	-0.8	97	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	5.000	5.000	0.0	95	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.461	-15.3	113	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.404	-1.0	97	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.404	-1.0	110	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.418	-4.5	96	0.00
18		Fluorene	0.400	0.400	0.0	97	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	5.000	5.000	0.0	86	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.388	3.0	97	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.396	1.0	94	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.516	-29.0#	128	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.412	-3.0	97	0.00
24		Anthracene	0.400	0.392	2.0	98	0.00
25		Fluoranthene	0.400	0.406	-1.5	101	0.00
26	I	Chrysene-d12	5.000	5.000	0.0	95	0.00
27		Benzidine	0.400	0.471	-17.7	140	-0.02
28		Pyrene	0.400	0.469	-17.2	118	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.445	-11.2	110	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.426	-6.5	106	0.00
31		3,3'-Dichlorobenzidine	0.400	0.477	-19.2	128	0.00
32		Chrysene	0.400	0.426	-6.5	100	0.00
33		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.573	-43.2#	149	0.00
34		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.422	-5.5	103	0.00
35	I	Perylene-d12	5.000	5.000	0.0	97	-0.01
36		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.421	-5.2	109	0.00
37		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.414	-3.5	105	0.00
38	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.420	-5.0	110	0.00
39		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.404	-1.0	104	0.00
40		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.400	0.0	102	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE041816\
Data File : BE091669.D
Acq On : 18 Apr 2016 17:45
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 19 05:20:45 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE041816.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Apr 18 17:20:40 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0