Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE042616\
Data File : BE091710.D
Acq On : 26 Apr 2016 18:43
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 27 01:04:29 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE042616.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Apr 26 16:09:46 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	95	0.00
2		1,4-Dioxane	0.752	0.656	12.8	82	0.02
3		n-Nitrosodimethylamine	0.908	0.827	8.9	88	0.02
4	S	2-Fluorophenol	1.228	1.151	6.3	92	0.00
5	S	Phenol-d6	1.629	1.466	10.0	91	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.433	1.414	1.3	93	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	93	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.323	0.296	8.4	91	0.00
9		Nitrobenzene	0.338	0.303	10.4	90	0.00
10		Naphthalene	1.010	1.034	-2.4	94	0.00
11		Hexachlorobutadiene	0.149	0.152	-2.0	97	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.649	0.627	3.4	90	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	92	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.157	0.134	14.6	86	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.414	1.394	1.4	91	0.00
16		Acenaphthylene	1.923	1.892	1.6	102	0.00
17		Acenaphthene	1.247	1.220	2.2	90	0.00
18		Fluorene	1.550	1.522	1.8	90	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	90	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.180	0.172	4.4	85	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.180	0.177	1.7	89	0.00
22		Pentachlorophenol	0.085	0.065	23.5	81	0.00
23		Phenanthrene	1.136	1.166	-2.6	91	0.00
24		Anthracene	1.025	0.981	4.3	88	0.00
25		Fluoranthene	1.188	1.181	0.6	89	0.00
26	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	81	0.00
27		Benzidine	0.286	0.266	7.0	93	0.00
28		Pyrene	1.130	1.213	-7.3	90	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.780	0.837	-7.3	89	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.221	1.267	-3.8	86	0.00
31		3,3'-Dichlorobenzidine	0.623	0.614	1.4	92	-0.02
32		Chrysene	1.269	1.554	-22.5	94	0.00
33		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.370	0.365	1.4	104	-0.02
34		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.130	1.273	-12.7	90	0.00
35	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	91	0.00
36		Benzo(b)fluoranthene	1.172	1.183	-0.9	94	0.00
37		Benzo(k)fluoranthene	1.191	1.080	9.3	86	0.00
38	C	Benzo(a)pyrene	1.103	1.034	6.3	90	0.00
39		Dibenzo(a,h)anthracene	1.045	0.997	4.6	89	-0.01
40		Benzo(g,h,i)perylene	1.062	1.009	5.0	89	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE042616\
Data File : BE091710.D
Acq On : 26 Apr 2016 18:43
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 27 01:04:29 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE042616.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Apr 26 16:09:46 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0