Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\Data\BE042916\
Data File : BE091732.D
Acq On : 29 Apr 2016 12:57
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 29 23:12:25 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE042616.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Apr 26 16:09:46 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	97	0.00
2		1,4-Dioxane	0.752	0.662	12.0	84	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.908	0.789	13.1	86	0.02
4	S	2-Fluorophenol	1.228	1.100	10.4	89	0.00
5	S	Phenol-d6	1.629	1.387	14.9	87	0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.433	1.382	3.6	92	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	98	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.323	0.270	16.4	88	0.01
9		Nitrobenzene	0.338	0.276	18.3	87	0.00
10		Naphthalene	1.010	1.011	-0.1	97	0.00
11		Hexachlorobutadiene	0.149	0.151	-1.3	101	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.649	0.620	4.5	94	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	95	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.157	0.116	26.1#	77	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.414	1.420	-0.4	96	0.00
16		Acenaphthylene	1.923	1.865	3.0	104	0.00
17		Acenaphthene	1.247	1.214	2.6	92	0.00
18		Fluorene	1.550	1.504	3.0	92	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	94	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.180	0.171	5.0	88	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.180	0.182	-1.1	95	0.00
22		Pentachlorophenol	0.085	0.058	31.8#	76	0.00
23		Phenanthrene	1.136	1.169	-2.9	94	0.00
24		Anthracene	1.025	0.972	5.2	90	0.00
25		Fluoranthene	1.188	1.156	2.7	90	0.00
26	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	85	0.00
27		Benzidine	0.286	0.276	3.5	102	0.00
28		Pyrene	1.130	1.148	-1.6	90	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.780	0.780	0.0	87	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.221	1.190	2.5	85	0.00
31		3,3'-Dichlorobenzidine	0.623	0.562	9.8	89	-0.02
32		Chrysene	1.269	1.475	-16.2	94	0.00
33		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.370	0.373	-0.8	112	-0.02
34		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.130	1.278	-13.1	95	-0.01
35	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	95	0.00
36		Benzo(b)fluoranthene	1.172	1.233	-5.2	103	0.00
37		Benzo(k)fluoranthene	1.191	1.046	12.2	87	0.00
38	C	Benzo(a)pyrene	1.103	1.059	4.0	96	0.00
39		Dibenzo(a,h)anthracene	1.045	1.004	3.9	94	-0.02
40		Benzo(g,h,i)perylene	1.062	1.003	5.6	92	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\Data\BE042916\
Data File : BE091732.D
Acq On : 29 Apr 2016 12:57
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 29 23:12:25 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE042616.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Apr 26 16:09:46 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0