Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\Data\BE050916\
Data File : BE091752.D
Acq On : 9 May 2016 10:54
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: May 10 00:59:22 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE042616.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Apr 26 16:09:46 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	5.000	5.000	0.0	114	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.323	19.3	91	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.294	26.5#	85	0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.338	15.5	99	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.347	13.3	105	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.369	7.8	104	0.00
7	I	Naphthalene-d8	5.000	5.000	0.0	119	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.252	37.0#	80	0.00
9		Nitrobenzene	0.400	0.246	38.5#	79	0.00
10		Naphthalene	0.400	0.389	2.8	114	0.00
11		Hexachlorobutadiene	0.400	0.408	-2.0	124	-0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.386	3.5	115	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	5.000	5.000	0.0	121	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.331	17.3	68	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.375	6.3	115	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.390	2.5	134	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.369	7.8	112	0.00
18		Fluorene	0.400	0.372	7.0	113	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	5.000	5.000	0.0	113	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.383	4.3	107	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.405	-1.3	115	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.243	39.3#	57	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.386	3.5	107	0.00
24		Anthracene	0.400	0.382	4.5	110	0.00
25		Fluoranthene	0.400	0.391	2.3	110	0.00
26	I	Chrysene-d12	5.000	5.000	0.0	105	0.00
27		Benzidine	0.400	0.464	-16.0	140	0.00
28		Pyrene	0.400	0.403	-0.8	110	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.396	1.0	106	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.382	4.5	103	0.00
31		3,3'-Dichlorobenzidine	0.400	0.421	-5.2	128	-0.02
32		Chrysene	0.400	0.417	-4.2	104	0.00
33		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.422	-5.5	144	-0.02
34		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.410	-2.5	106	0.00
35	I	Perylene-d12	5.000	5.000	0.0	108	0.00
36		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.397	0.8	110	0.00
37		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.368	8.0	103	0.00
38	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.388	3.0	110	0.00
39		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.382	4.5	106	-0.01
40		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.394	1.5	110	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\Data\BE050916\
Data File : BE091752.D
Acq On : 9 May 2016 10:54
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: May 10 00:59:22 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE042616.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Apr 26 16:09:46 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0