Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE051016\
Data File : BE091759.D
Acq On : 10 May 2016 16:39
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: May 11 01:24:13 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE042616.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Apr 26 16:09:46 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	117	0.00
2		1,4-Dioxane	0.752	0.616	18.1	95	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.908	0.727	19.9	96	0.02
4	S	2-Fluorophenol	1.228	1.161	5.5	114	0.00
5	S	Phenol-d6	1.629	1.499	8.0	114	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.433	1.259	12.1	102	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	120	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.323	0.277	14.2	110	0.00
9		Nitrobenzene	0.338	0.279	17.5	108	0.00
10		Naphthalene	1.010	0.979	3.1	115	0.00
11		Hexachlorobutadiene	0.149	0.151	-1.3	124	-0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.649	0.616	5.1	114	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	121	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.157	0.129	17.8	109	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.414	1.313	7.1	114	0.00
16		Acenaphthylene	1.923	1.872	2.7	134	0.00
17		Acenaphthene	1.247	1.146	8.1	112	0.00
18		Fluorene	1.550	1.446	6.7	113	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	115	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.180	0.173	3.9	109	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.180	0.182	-1.1	116	0.00
22		Pentachlorophenol	0.085	0.085	0.0	136	0.00
23		Phenanthrene	1.136	1.100	3.2	109	0.00
24		Anthracene	1.025	0.974	5.0	111	0.00
25		Fluoranthene	1.188	1.107	6.8	106	0.00
26	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	97	0.00
27		Benzidine	0.286	0.399	-39.5#	168#	0.00
28		Pyrene	1.130	1.180	-4.4	105	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.780	0.819	-5.0	105	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.221	1.165	4.6	95	0.00
31		3,3'-Dichlorobenzidine	0.623	0.604	3.0	109	-0.02
32		Chrysene	1.269	1.407	-10.9	102	0.00
33		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.370	0.431	-16.5	147	-0.02
34		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.130	1.173	-3.8	99	0.00
35	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	104	0.00
36		Benzo(b)fluoranthene	1.172	1.137	3.0	104	0.00
37		Benzo(k)fluoranthene	1.191	1.068	10.3	97	0.00
38	C	Benzo(a)pyrene	1.103	1.013	8.2	101	0.00
39		Dibenzo(a,h)anthracene	1.045	0.956	8.5	98	-0.01
40		Benzo(g,h,i)perylene	1.062	0.991	6.7	100	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE051016\
Data File : BE091759.D
Acq On : 10 May 2016 16:39
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: May 11 01:24:13 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE042616.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Apr 26 16:09:46 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0