Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE051117\
Data File : BE092995.D
Acq On : 11 May 2017 14:27
Operator : SJ/MA
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE051117

Quant Time: May 11 16:40:41 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE051117.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu May 11 14:48:08 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	88	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.400	0.389	2.8	101	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.393	1.8	100	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.387	3.3	99	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.395	1.3	101	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.402	-0.5	102	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	89	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.389	2.8	100	-0.02
9		Naphthalene	0.400	0.405	-1.3	100	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.407	-1.7	102	-0.02
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.403	-0.8	102	-0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.395	1.3	100	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	90	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.375	6.3	104	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.395	1.3	101	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.376	6.0	102	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.394	1.5	101	0.00
18		Fluorene	0.400	0.391	2.3	100	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	93	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.383	4.3	101	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.424	-6.0	105	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.433	-8.2	101	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.407	-1.7	104	0.01
24		Anthracene	0.400	0.423	-5.7	107	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.393	1.8	102	-0.02
26		Fluoranthene	0.400	0.401	-0.3	104	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	94	0.00
28		Pyrene	0.400	0.412	-3.0	107	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.383	4.3	108	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.371	7.3	108	0.00
31		Chrysene	0.400	0.416	-4.0	109	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.390	2.5	107	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.428	-7.0	114	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	95	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.373	6.8	96	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.421	-5.2	125	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.378	5.5	106	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.426	-6.5	119	0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.416	-4.0	109	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE051117\
Data File : BE092995.D
Acq On : 11 May 2017 14:27
Operator : SJ/MA
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE051117

Quant Time: May 11 16:40:41 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE051117.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu May 11 14:48:08 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0