Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE051117\
Data File : BE092997.D
Acq On : 11 May 2017 15:42
Operator : SJ/MA
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: May 11 18:49:24 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE051117.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu May 11 14:48:08 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	105	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.802	0.694	13.5	107	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.688	0.598	13.1	106	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.097	0.963	12.2	107	0.00
5	S	Phenol-d6	1.376	1.214	11.8	107	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.347	1.185	12.0	106	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	108	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.313	0.275	12.1	109	-0.02
9		Naphthalene	1.065	0.949	10.9	106	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.146	0.128	12.3	105	-0.02
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.567	0.510	10.1	109	-0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.624	0.564	9.6	111	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	110	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.109	0.088	19.3	109	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.585	1.389	12.4	109	0.00
16		Acenaphthylene	6.788	5.706	15.9	111	0.00
17		Acenaphthene	1.236	1.083	12.4	110	0.00
18		Fluorene	1.540	1.353	12.1	110	0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	113	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.128	0.108	15.6	108	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.191	0.168	12.0	107	0.00
22		Pentachlorophenol	0.048	0.045	6.3	121	0.00
23		Phenanthrene	0.959	0.816	14.9	113	0.01
24		Anthracene	0.828	0.747	9.8	111	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	1.059	0.896	15.4	108	-0.02
26		Fluoranthene	5.138	4.241	17.5	104	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	112	0.00
28		Pyrene	5.018	4.496	10.4	110	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.710	0.589	17.0	111	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.983	0.839	14.6	118	0.00
31		Chrysene	1.228	1.101	10.3	111	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.434	0.287	33.9#	103	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	3.923	3.447	12.1	112	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	110	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.290	1.184	8.2	110	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.289	1.058	17.9	112	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.122	0.988	11.9	115	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.016	0.886	12.8	113	0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	4.629	4.005	13.5	105	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE051117\
Data File : BE092997.D
Acq On : 11 May 2017 15:42
Operator : SJ/MA
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: May 11 18:49:24 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE051117.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu May 11 14:48:08 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0