Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE051916\
Data File : BE091831.D
Acq On : 20 May 2016 5:24
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: May 20 15:15:14 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE051916.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu May 19 15:36:49 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	99	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.649	0.606	6.6	87	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.798	0.759	4.9	102	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.307	1.490	-14.0	119	0.00
5	S	Phenol-d6	1.840	2.086	-13.4	124	0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.477	1.394	5.6	102	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	99	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.331	0.315	4.8	106	0.00
9		Nitrobenzene	0.341	0.315	7.6	106	0.00
10		Naphthalene	1.106	1.056	4.5	99	0.00
11		Hexachlorobutadiene	0.164	0.158	3.7	100	-0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.744	0.706	5.1	100	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	98	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.194	0.193	0.5	113	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.414	1.341	5.2	98	0.00
16		Acenaphthylene	2.230	2.156	3.3	100	0.00
17		Acenaphthene	1.341	1.305	2.7	102	-0.01
18		Fluorene	1.738	1.662	4.4	100	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	105	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.187	0.172	8.0	99	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.195	0.178	8.7	98	0.00
22		Pentachlorophenol	0.080	0.048	40.0#	69	0.00
23		Phenanthrene	1.190	1.102	7.4	97	-0.01
24		Anthracene	1.088	0.987	9.3	99	-0.01
25		Fluoranthene	1.329	1.282	3.5	101	0.00
26	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	97	-0.02
27		Benzidine	0.338	0.389	-15.1	146	0.00
28		Pyrene	1.097	1.074	2.1	100	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.708	0.678	4.2	100	-0.02
30		Benzo(a)anthracene	1.206	1.222	-1.3	106	-0.02
31		3,3'-Dichlorobenzidine	0.767	0.882	-15.0	128	-0.02
32		Chrysene	1.101	1.030	6.4	98	0.00
33		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.540	0.576	-6.7	131	-0.02
34		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.236	1.192	3.6	100	-0.04
35	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	96	-0.02
36		Benzo(b)fluoranthene	1.251	1.213	3.0	99	-0.02
37		Benzo(k)fluoranthene	1.281	1.278	0.2	101	-0.02
38	C	Benzo(a)pyrene	1.194	1.187	0.6	101	-0.02
39		Dibenzo(a,h)anthracene	1.166	1.147	1.6	101	-0.05
40		Benzo(g,h,i)perylene	1.203	1.179	2.0	99	-0.05

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE051916\
Data File : BE091831.D
Acq On : 20 May 2016 5:24
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: May 20 15:15:14 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE051916.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu May 19 15:36:49 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0