Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE060717\
Data File : BE093071.D
Acq On : 7 Jun 2017 16:30
Operator : SJ/MA
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : SICV58

Quant Time: Jun 07 17:12:37 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\SOM-EPA-SIM-BE060717.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 07 16:36:10 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	118	0.00
2	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	113	0.00
3		Naphthalene	0.992	0.999	-0.7	116	0.00
4	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.586	0.583	0.5	112	0.00
5		2-Methylnaphthalene	0.679	0.672	1.0	113	0.00
6	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	107	0.00
7		Acenaphthylene	1.717	1.702	0.9	107	0.00
8	C	Acenaphthene	1.385	1.414	-2.1	109	0.00
9		Fluorene	1.624	1.649	-1.5	110	0.00
10	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	107	0.00
11		Pentachlorophenol	0.059	0.051	13.6	98	0.00
12		Phenanthrene	1.101	1.112	-1.0	111	0.00
13		Anthracene	0.958	0.956	0.2	108	0.00
14	SURR	Fluoranthene-d10	1.088	1.099	-1.0	109	0.00
15	C	Fluoranthene	1.350	1.359	-0.7	109	0.00
16	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	108	0.00
17		Pyrene	1.180	1.229	-4.2	107	0.00
18		Benzo(a)anthracene	1.067	1.074	-0.7	109	0.00
19		Chrysene	1.107	1.123	-1.4	111	0.00
20	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	107	0.00
21		Benzo(b)fluoranthene	1.214	1.193	1.7	108	0.00
22		Benzo(k)fluoranthene	1.289	1.296	-0.5	109	0.00
23	C	Benzo(a)pyrene	1.148	1.140	0.7	110	0.00
24		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.329	1.299	2.3	108	0.00
25		Dibenzo(a,h)anthracene	1.119	1.093	2.3	107	0.00
26		Benzo(g,h,i)perylene	1.140	1.122	1.6	110	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0