Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE061217\
Data File : BE093102.D
Acq On : 12 Jun 2017 13:27
Operator : SJ/MA
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE061217

Quant Time: Jun 12 14:07:47 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE061217.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jun 12 14:07:54 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	104	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.390	2.5	120	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.398	0.5	114	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.396	1.0	120	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.386	3.5	114	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.403	-0.8	117	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	105	-0.02
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.400	0.0	121	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.394	1.5	117	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.388	3.0	118	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.391	2.3	119	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.393	1.8	118	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	112	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.379	5.3	128	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.389	2.8	121	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.415	-3.7	139	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.404	-1.0	130	0.00
18		Fluorene	0.400	0.401	-0.3	129	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	113	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.397	0.8	130	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.341	14.8	125	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.339	15.3	121	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.376	6.0	125	0.00
24		Anthracene	0.400	0.378	5.5	138	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.375	6.3	126	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.373	6.8	129	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	99	0.00
28		Pyrene	0.400	0.414	-3.5	112	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.429	-7.2	116	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.397	0.8	110	0.00
31		Chrysene	0.400	0.399	0.3	110	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.441	-10.2	115	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.383	4.3	107	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	94	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.393	1.8	108	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.397	0.8	108	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.392	2.0	108	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.393	1.8	108	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.384	4.0	106	0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE061217\
Data File : BE093102.D
Acq On : 12 Jun 2017 13:27
Operator : SJ/MA
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE061217

Quant Time: Jun 12 14:07:47 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE061217.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jun 12 14:07:54 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0