Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE070117\
Data File : BE093403.D
Acq On : 1 Jul 2017 22:22
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 03 06:05:42 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE070117.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Jul 01 15:43:24 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	103	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.375	6.3	99	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.400	0.0	106	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.381	4.8	101	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.377	5.8	104	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.390	2.5	109	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	103	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.437	-9.2	129	-0.02
9		Naphthalene	0.400	0.389	2.8	104	-0.02
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.396	1.0	103	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.388	3.0	104	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.388	3.0	103	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	106	-0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.412	-3.0	114	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.383	4.3	103	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.358	10.5	100	-0.02
17		Acenaphthene	0.400	0.390	2.5	107	-0.02
18		Fluorene	0.400	0.392	2.0	105	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	88	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.696	-74.0#	162	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.577	-44.2#	125	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.653	-63.2#	158	-0.03
23		Phenanthrene	0.400	0.517	-29.3#	109	0.00
24		Anthracene	0.400	0.340	15.0	81	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.427	-6.7	99	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.427	-6.7	99	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	97	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.402	-0.5	100	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.400	0.0	99	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.384	4.0	98	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.399	0.3	99	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.349	12.8	102	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.391	2.3	98	-0.02
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	98	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.387	3.3	98	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.386	3.5	99	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.379	5.3	98	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.387	3.3	99	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.386	3.5	97	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE070117\
Data File : BE093403.D
Acq On : 1 Jul 2017 22:22
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 03 06:05:42 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE070117.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Jul 01 15:43:24 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0