Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE070516\
Data File : BE091969.D
Acq On : 5 Jul 2016 19:44
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 4 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 05 20:20:34 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE070516.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 05 16:14:58 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	5.000	5.000	0.0	91	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.418	-4.5	92	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.349	12.8	88	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.379	5.3	91	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.357	10.8	90	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.380	5.0	94	0.00
7		n-Nitroso-di-n-propylamine	0.400	0.356	11.0	87	0.00
8	I	Naphthalene-d8	5.000	5.000	0.0	91	0.00
9	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.381	4.8	89	0.00
10		Nitrobenzene	0.400	0.372	7.0	90	0.00
11		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.400	0.453	-13.2	90	0.00
12		Naphthalene	0.400	0.414	-3.5	92	0.00
13		Hexachlorobutadiene	0.400	0.413	-3.2	88	0.00
14		2-Methylnaphthalene	0.400	0.400	0.0	89	-0.01
15	I	Acenaphthene-d10	5.000	5.000	0.0	88	0.00
16	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.398	0.5	85	0.00
17	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.412	-3.0	88	0.00
18		Acenaphthylene	0.400	0.378	5.5	86	0.00
19		2,6-Dinitrotoluene	0.400	0.395	1.3	109	0.00
20		Acenaphthene	0.400	0.395	1.3	85	0.00
21		2,4-Dinitrotoluene	0.400	0.388	3.0	84	0.00
22		Fluorene	0.400	0.413	-3.2	89	0.00
23		4-Chlorophenyl-phenylether	0.400	0.416	-4.0	87	0.00
24	I	Phenanthrene-d10	5.000	5.000	0.0	92	0.00
25		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.382	4.5	86	0.00
26		Hexachlorobenzene	0.400	0.397	0.8	90	0.00
27		Pentachlorophenol	0.400	0.344	14.0	89	0.00
28		Phenanthrene	0.400	0.406	-1.5	90	0.00
29		Anthracene	0.400	0.385	3.8	89	0.00
30		Fluoranthene	0.400	0.394	1.5	91	0.00
31	I	Chrysene-d12	5.000	5.000	0.0	105	0.00
32		Benzidine	0.400	0.418	-4.5	77	0.00
33		Pyrene	0.400	0.369	7.8	96	0.00
34	S	Terphenyl-d14	0.400	0.367	8.3	95	0.00
35		Benzo(a)anthracene	0.400	0.378	5.5	100	0.00
36		3,3'-Dichlorobenzidine	0.400	0.328	18.0	86	0.00
37		Chrysene	0.400	0.422	-5.5	112	0.00
38		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.315	21.3	90	0.00
39		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.384	4.0	98	-0.02
40	I	Perylene-d12	5.000	5.000	0.0	101	0.00
41		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.393	1.8	100	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE070516\
Data File : BE091969.D
Acq On : 5 Jul 2016 19:44
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 4 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 05 20:20:34 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE070516.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 05 16:14:58 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
42	Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.388	3.0	100	0.00
43 C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.384	4.0	98	0.00
44	Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.381	4.8	99	0.00
45	Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.385	3.8	98	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0