DFTPP

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE070516\
Data File : BE091968.D
Acq On : 5 Jul 2016 19:09
Operator : UM/SJ
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE070516.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Tue Jul 05 16:14:58 2016



AutoFind: Scans 2542, 2543, 2544; Background Corrected with Scan 2532

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
51	198	10	80	50.6	41005	PASS
68	69	0.00	2	0.9	320	PASS
69	198	0.00	100	45.8	37134	PASS
70	69	0.00	2	0.5	181	PASS
127	198	10	80	52.3	42352	PASS
197	198	0.00	2	0.0	0	PASS
198	198	100	100	100.0	81005	PASS
199	198	5	9	7.0	5704	PASS
275	198	10	60	21.6	17490	PASS
365	198	1	100	2.8	2253	PASS
441	442	0.01	24	17.3	9567	PASS
442	198	50	100	68.2	55223	PASS
443	442	15	24	19.8	10912	PASS