Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE070519\
Data File : BE100392.D
Acq On : 5 Jul 2019 21:36
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 05 22:41:27 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE062819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 28 14:06:53 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	118	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.621	0.510	17.9	94	-0.02
3		n-Nitrosodimethylamine	0.289	0.276	4.5	136	-0.03
4	S	2-Fluorophenol	1.020	1.000	2.0	115	-0.02
5	S	Phenol-d6	1.342	1.319	1.7	116	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.102	1.004	8.9	97	-0.03
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	112	-0.03
8	S	Nitrobenzene-d5	0.397	0.318	19.9	91	-0.03
9		Naphthalene	4.411	4.313	2.2	107	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.425	0.479	-12.7	122	-0.03
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.752	0.725	3.6	106	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.774	0.686	11.4	104	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	105	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.280	0.281	-0.4	107	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.559	1.569	-0.6	102	-0.01
16		Acenaphthylene	1.920	1.849	3.7	97	-0.01
17		Acenaphthene	1.088	1.058	2.8	96	-0.01
18		Fluorene	1.609	1.550	3.7	97	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	99	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.255	0.270	-5.9	100	-0.03
21		Hexachlorobenzene	0.265	0.287	-8.3	102	0.00
22		Pentachlorophenol	0.080	0.066	17.5	92	-0.03
23		Phenanthrene	0.969	0.927	4.3	94	-0.01
24		Anthracene	0.873	0.849	2.7	97	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.805	5.457	6.0	92	-0.01
26		Fluoranthene	1.544	1.449	6.2	90	-0.01
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	81	-0.01
28		Pyrene	1.059	1.223	-15.5	92	-0.01
29	S	Terphenyl-d14	0.829	0.894	-7.8	87	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	1.315	1.238	5.9	75	0.00
31		Chrysene	1.321	1.293	2.1	78	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.255	2.336	-3.6	87	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.747	1.684	3.6	73	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	81	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.084	0.974	10.1	72	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.211	1.086	10.3	70	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.087	1.004	7.6	72	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.135	1.006	11.4	71	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.166	1.153	1.1	77	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE070519\
Data File : BE100392.D
Acq On : 5 Jul 2019 21:36
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 05 22:41:27 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE062819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 28 14:06:53 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0