Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE070519\
Data File : BE100394.D
Acq On : 5 Jul 2019 23:24
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 05 23:58:41 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE062819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 28 14:06:53 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	110	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.400	0.392	2.0	104	-0.02
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.409	-2.2	137	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.390	2.5	107	-0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.385	3.8	106	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.337	15.8	84	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	105	-0.03
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.328	18.0	88	-0.03
9		Naphthalene	0.400	0.391	2.3	101	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.468	-17.0	119	-0.03
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.384	4.0	99	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.344	14.0	95	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	100	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.351	12.3	89	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.414	-3.5	101	-0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.386	3.5	94	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.396	1.0	94	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.385	3.8	93	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	95	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.422	-5.5	96	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.426	-6.5	97	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.101	74.8#	27	0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.371	7.3	88	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.360	10.0	87	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.360	10.0	85	-0.01
26		Fluoranthene	0.400	0.353	11.8	82	-0.01
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	75	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.457	-14.2	84	-0.01
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.424	-6.0	79	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.359	10.3	66	0.00
31		Chrysene	0.400	0.410	-2.5	75	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.383	4.3	70	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.389	2.8	68	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	73	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.374	6.5	68	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.399	0.3	70	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.389	2.8	68	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.376	6.0	68	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.411	-2.7	72	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE070519\
Data File : BE100394.D
Acq On : 5 Jul 2019 23:24
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 05 23:58:41 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE062819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 28 14:06:53 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0