Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE070519\
Data File : BE100405.D
Acq On : 6 Jul 2019 6:07
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 30 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 06 06:46:07 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE062819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 28 14:06:53 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	114	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.400	0.348	13.0	96	-0.02
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.427	-6.7	147	-0.04
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.413	-3.2	117	-0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.367	8.3	105	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.383	4.3	98	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	106	-0.03
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.328	18.0	88	-0.03
9		Naphthalene	0.400	0.391	2.3	102	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.476	-19.0	122	-0.03
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.375	6.3	98	-0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.343	14.2	95	-0.02
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	101	-0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.351	12.3	90	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.404	-1.0	99	-0.02
16		Acenaphthylene	0.400	0.383	4.3	94	-0.02
17		Acenaphthene	0.400	0.378	5.5	91	-0.02
18		Fluorene	0.400	0.376	6.0	92	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	96	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.412	-3.0	95	-0.03
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.431	-7.7	99	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.215	46.3#	58	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.382	4.5	91	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.371	7.3	91	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.362	9.5	86	-0.01
26		Fluoranthene	0.400	0.365	8.8	85	-0.01
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	80	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.436	-9.0	85	-0.01
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.414	-3.5	82	-0.02
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.356	11.0	70	0.00
31		Chrysene	0.400	0.393	1.8	76	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.357	10.8	70	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.378	5.5	70	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	78	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.355	11.3	69	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.375	6.3	71	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.378	5.5	71	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.368	8.0	72	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.382	4.5	72	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE070519\
Data File : BE100405.D
Acq On : 6 Jul 2019 6:07
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 30 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 06 06:46:07 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE062819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 28 14:06:53 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0