Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE070519\
Data File : BE100405.D
Acq On : 6 Jul 2019 6:07
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 30 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 06 06:46:07 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE062819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 28 14:06:53 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	114	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.621	0.541	12.9	96	-0.02
3		n-Nitrosodimethylamine	0.289	0.309	-6.9	147	-0.04
4	S	2-Fluorophenol	1.020	1.054	-3.3	117	-0.01
5	S	Phenol-d6	1.342	1.230	8.3	105	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.102	1.056	4.2	98	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	106	-0.03
8	S	Nitrobenzene-d5	0.397	0.326	17.9	88	-0.03
9		Naphthalene	4.411	4.313	2.2	102	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.425	0.506	-19.1	122	-0.03
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.752	0.705	6.3	98	-0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.774	0.663	14.3	95	-0.02
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	101	-0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.280	0.246	12.1	90	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.559	1.575	-1.0	99	-0.02
16		Acenaphthylene	1.920	1.836	4.4	94	-0.02
17		Acenaphthene	1.088	1.029	5.4	91	-0.02
18		Fluorene	1.609	1.512	6.0	92	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	96	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.255	0.263	-3.1	95	-0.03
21		Hexachlorobenzene	0.265	0.286	-7.9	99	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.080	0.043	46.3#	58	-0.01
23		Phenanthrene	0.969	0.925	4.5	91	-0.01
24		Anthracene	0.873	0.811	7.1	91	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.805	5.255	9.5	86	-0.01
26		Fluoranthene	1.544	1.409	8.7	85	-0.01
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	80	-0.01
28		Pyrene	1.059	1.154	-9.0	85	-0.01
29	S	Terphenyl-d14	0.829	0.858	-3.5	82	-0.02
30		Benzo(a)anthracene	1.315	1.172	10.9	70	0.00
31		Chrysene	1.321	1.299	1.7	76	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.255	1.926	14.6	70	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.747	1.650	5.6	70	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	78	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.084	0.962	11.3	69	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	1.211	1.133	6.4	71	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	1.087	1.026	5.6	71	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.135	1.045	7.9	72	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.166	1.114	4.5	72	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE070519\
Data File : BE100405.D
Acq On : 6 Jul 2019 6:07
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 30 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 06 06:46:07 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE062819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 28 14:06:53 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0