Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE070617\
Data File : BE093426.D
Acq On : 6 Jul 2017 9:50
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 07 06:53:04 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE070217.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 03 06:40:23 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	107	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.380	5.0	102	-0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.422	-5.5	139	-0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.399	0.3	109	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.424	-6.0	121	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.397	0.8	109	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	122	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.411	-2.7	136	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.384	4.0	120	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.391	2.3	121	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.402	-0.5	127	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.399	0.3	127	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	124	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.424	-6.0	145	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.387	3.3	125	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.399	0.3	131	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.386	3.5	125	0.00
18		Fluorene	0.400	0.371	7.3	119	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	120	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.342	14.5	111	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.357	10.8	119	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.354	11.5	114	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.360	10.0	117	0.00
24		Anthracene	0.400	0.361	9.8	114	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.330	17.5	108	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.329	17.8	108	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	102	0.00
28		Pyrene	0.400	0.410	-2.5	107	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.404	-1.0	105	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.409	-2.2	110	0.00
31		Chrysene	0.400	0.391	2.3	101	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.490	-22.5	153	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.421	-5.2	110	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	110	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.372	7.0	105	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.370	7.5	107	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.389	2.8	113	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.387	3.3	111	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.377	5.8	109	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE070617\
Data File : BE093426.D
Acq On : 6 Jul 2017 9:50
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 07 06:53:04 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE070217.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 03 06:40:23 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0