Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE070717\
Data File : BE093448.D
Acq On : 7 Jul 2017 18:12
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 08 05:35:15 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE070217.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 03 06:40:23 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	126	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.343	14.2	108	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.397	0.8	151	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.383	4.3	124	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.405	-1.3	136	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.391	2.3	126	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	140	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.447	-11.7	169	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.388	3.0	140	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.373	6.8	133	-0.02
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.409	-2.2	148	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.406	-1.5	148	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	141	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.269	32.8#	105	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.397	0.8	145	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.388	3.0	145	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.392	2.0	144	0.00
18		Fluorene	0.400	0.361	9.8	132	-0.02
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	87	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.606	-51.5#	142	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.522	-30.5#	126	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.698	-74.5#	164	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.435	-8.7	103	0.00
24		Anthracene	0.400	0.398	0.5	91	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.455	-13.7	108	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.455	-13.7	108	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	101	0.00
28		Pyrene	0.400	0.412	-3.0	106	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.404	-1.0	104	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.382	4.5	101	0.00
31		Chrysene	0.400	0.395	1.3	101	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.389	2.8	120	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.417	-4.2	108	-0.01
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	106	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.376	6.0	102	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.387	3.3	108	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.386	3.5	108	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.390	2.5	107	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.382	4.5	106	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE070717\
Data File : BE093448.D
Acq On : 7 Jul 2017 18:12
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 08 05:35:15 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE070217.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 03 06:40:23 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0