Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE071417\
Data File : BE093475.D
Acq On : 14 Jul 2017 18:37
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 17 02:18:08 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE070217.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 03 06:40:23 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	132	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.342	14.5	113	-0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.408	-2.0	164	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.376	6.0	127	-0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.400	0.0	141	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.401	-0.3	136	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	150	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.435	-8.7	176	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.388	3.0	149	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.371	7.3	141	-0.02
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.404	-1.0	156	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.401	-0.3	156	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	150	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.237	40.8#	98	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.393	1.8	154	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.381	4.8	152	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.383	4.3	150	0.00
18		Fluorene	0.400	0.362	9.5	141	-0.02
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	92	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.577	-44.2#	144	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.521	-30.3#	134	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.595	-48.7#	147	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.414	-3.5	104	0.00
24		Anthracene	0.400	0.372	7.0	91	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.443	-10.7	112	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.447	-11.7	113	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	105	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.413	-3.2	111	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.403	-0.8	108	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.370	7.5	102	0.00
31		Chrysene	0.400	0.394	1.5	105	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.351	12.3	112	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.420	-5.0	113	-0.02
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	109	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.387	3.3	108	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.387	3.3	111	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.386	3.5	111	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.398	0.5	113	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.389	2.8	112	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE071417\
Data File : BE093475.D
Acq On : 14 Jul 2017 18:37
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 17 02:18:08 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE070217.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 03 06:40:23 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0