Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE072017\
Data File : BE093496.D
Acq On : 20 Jul 2017 11:27
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 20 18:15:07 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE070217.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 03 06:40:23 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	108	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.341	14.8	92	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.418	-4.5	139	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.435	-8.7	121	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.493	-23.2	142	0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.400	0.0	111	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	133	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.470	-17.5	169	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.376	6.0	129	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.373	6.8	126	-0.02
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.400	0.0	138	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.398	0.5	138	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	138	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.483	-20.7	183	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.379	5.3	135	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.391	2.3	142	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.370	7.5	133	0.00
18		Fluorene	0.400	0.345	13.8	123	-0.02
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	105	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.460	-15.0	131	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.413	-3.2	121	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.605	-51.2#	170	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.363	9.3	104	0.00
24		Anthracene	0.400	0.387	3.3	108	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.366	8.5	105	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.358	10.5	103	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	98	0.00
28		Pyrene	0.400	0.411	-2.7	103	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.399	0.3	99	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.406	-1.5	105	0.00
31		Chrysene	0.400	0.374	6.5	93	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.719	-79.7#	215	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.411	-2.7	103	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	107	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.362	9.5	99	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.343	14.2	96	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.373	6.8	105	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.368	8.0	102	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.362	9.5	101	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE072017\
Data File : BE093496.D
Acq On : 20 Jul 2017 11:27
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 20 18:15:07 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE070217.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 03 06:40:23 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0