Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE080217\
Data File : BE093631.D
Acq On : 2 Aug 2017 18:05
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 03 02:55:28 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE080117.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Aug 02 10:58:31 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	104	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.437	-9.2	114	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.370	7.5	102	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.417	-4.2	113	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.408	-2.0	110	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.389	2.8	104	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	103	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.393	1.8	108	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.391	2.3	101	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.392	2.0	103	-0.02
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.401	-0.3	103	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.397	0.8	103	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	103	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.433	-8.2	133	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.397	0.8	102	-0.02
16		Acenaphthylene	0.400	0.402	-0.5	107	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.398	0.5	105	0.00
18		Fluorene	0.400	0.406	-1.5	104	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	126	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.326	18.5	94	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.377	5.8	106	-0.03
22		Pentachlorophenol	0.400	0.459	-14.8	145	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.357	10.8	110	0.00
24		Anthracene	0.400	0.409	-2.2	122	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.365	8.8	105	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.368	8.0	107	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	107	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.392	2.0	105	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.392	2.0	104	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.413	-3.2	114	0.00
31		Chrysene	0.400	0.392	2.0	105	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.476	-19.0	148	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.428	-7.0	113	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	115	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.372	7.0	110	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.371	7.3	110	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.391	2.3	116	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.384	4.0	112	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.371	7.3	109	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE080217\
Data File : BE093631.D
Acq On : 2 Aug 2017 18:05
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 03 02:55:28 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE080117.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Aug 02 10:58:31 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area% Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0