Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE090117\
Data File : BE093921.D
Acq On : 2 Sep 2017 5:17
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 04 01:28:38 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE082617.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 01 16:31:36 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	133	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.396	1.0	140	0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.391	2.3	137	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.382	4.5	129	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.374	6.5	131	0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.389	2.8	133	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	136	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.361	9.8	128	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.349	12.8	120	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.367	8.3	129	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.348	13.0	120	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.347	13.3	122	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	137	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.354	11.5	141	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.347	13.3	122	-0.02
16		Acenaphthylene	0.400	0.353	11.8	129	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.350	12.5	126	0.00
18		Fluorene	0.400	0.344	14.0	124	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	134	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.337	15.8	110	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.393	1.8	120	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.545	-36.3#	224	-0.03
23		Phenanthrene	0.400	0.324	19.0	111	-0.03
24		Anthracene	0.400	0.342	14.5	124	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.403	-0.8	129	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.391	2.3	126	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	139	0.00
28		Pyrene	0.400	0.352	12.0	129	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.353	11.8	129	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.365	8.8	137	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.338	15.5	123	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.440	-10.0	171	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.426	-6.5	159	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	147	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.360	10.0	146	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.339	15.3	128	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.360	10.0	142	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.418	-4.5	162	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.392	2.0	155	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE090117\
Data File : BE093921.D
Acq On : 2 Sep 2017 5:17
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 04 01:28:38 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE082617.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 01 16:31:36 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0