Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE091918\
Data File : BE097561.D
Acq On : 20 Sep 2018 4:03
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 20 06:50:44 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE091918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 19 16:26:00 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	99	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.392	2.0	92	0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.383	4.3	108	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.399	0.3	107	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.426	-6.5	112	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.410	-2.5	111	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	107	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.386	3.5	117	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.397	0.8	115	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.376	6.0	106	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.433	-8.2	127	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.425	-6.2	125	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	137	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.398	0.5	155	0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.359	10.3	133	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.408	-2.0	157	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.403	-0.8	148	0.00
18		Fluorene	0.400	0.423	-5.7	159	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	150	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.390	2.5	160	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.397	0.8	159	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.276	31.0#	89	0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.380	5.0	157	0.00
24		Anthracene	0.400	0.378	5.5	160	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.329	17.8	135	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.331	17.3	135	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	107	0.00
28		Pyrene	0.400	0.454	-13.5	132	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.416	-4.0	122	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.399	0.3	119	0.00
31		Chrysene	0.400	0.396	1.0	111	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.431	-7.7	129	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.394	1.5	109	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	102	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.383	4.3	110	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.377	5.8	108	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.399	0.3	111	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.396	1.0	111	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.394	1.5	109	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE091918\
Data File : BE097561.D
Acq On : 20 Sep 2018 4:03
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 20 06:50:44 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE091918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 19 16:26:00 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0