Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE091918\
Data File : BE097563.D
Acq On : 20 Sep 2018 5:53
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 20 06:55:22 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE091918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 19 16:26:00 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	98	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.373	6.8	87	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.374	6.5	104	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.382	4.5	102	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.437	-9.2	115	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.392	2.0	105	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	105	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.363	9.3	108	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.394	1.5	112	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.378	5.5	105	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.433	-8.2	125	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.433	-8.2	126	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	132	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.463	-15.8	183	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.372	7.0	132	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.416	-4.0	154	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.406	-1.5	143	0.00
18		Fluorene	0.400	0.426	-6.5	154	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	144	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.393	1.8	155	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.408	-2.0	156	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.357	10.8	132	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.394	1.5	156	0.00
24		Anthracene	0.400	0.386	3.5	157	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.336	16.0	132	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.340	15.0	133	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	106	0.00
28		Pyrene	0.400	0.443	-10.7	128	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.414	-3.5	121	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.387	3.3	115	0.00
31		Chrysene	0.400	0.392	2.0	109	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.384	4.0	114	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.391	2.3	108	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	101	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.379	5.3	107	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.388	3.0	110	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.392	2.0	108	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.394	1.5	109	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.391	2.3	107	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE091918\
Data File : BE097563.D
Acq On : 20 Sep 2018 5:53
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 20 06:55:22 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE091918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 19 16:26:00 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0