Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE091918\
Data File : BE097572.D
Acq On : 20 Sep 2018 11:48
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 20 12:29:26 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE091918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Sep 20 10:54:43 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	94	0.00
2		1,4-Dioxane	0.707	0.634	10.3	83	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.624	0.455	27.1#	84	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.199	1.116	6.9	96	0.00
5	S	Phenol-d6	1.532	1.623	-5.9	107	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.421	1.178	17.1	86	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	99	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.309	0.268	13.3	97	0.00
9		Naphthalene	3.602	3.562	1.1	106	0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.166	0.160	3.6	101	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.551	0.593	-7.6	117	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.562	0.600	-6.8	117	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	127	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.166	0.159	4.2	154#	0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.413	1.298	8.1	125	0.00
16		Acenaphthylene	1.581	1.559	1.4	140	0.00
17		Acenaphthene	1.060	1.054	0.6	135	0.00
18		Fluorene	1.382	1.433	-3.7	144	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	135	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.180	0.182	-1.1	148	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.198	0.207	-4.5	149	0.00
22		Pentachlorophenol	0.069	0.041	40.6#	100	0.01
23		Phenanthrene	0.950	0.932	1.9	145	0.00
24		Anthracene	0.839	0.764	8.9	138	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.121	4.165	18.7	119	0.00
26		Fluoranthene	1.318	1.089	17.4	121	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	94	0.00
28		Pyrene	0.910	1.030	-13.2	116	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.732	0.763	-4.2	108	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.007	0.914	9.2	96	0.00
31		Chrysene	1.080	1.104	-2.2	101	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.006	1.180	41.2#	76	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.301	1.221	6.1	92	0.01
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	88	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.026	0.986	3.9	95	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.171	1.132	3.3	95	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.053	0.963	8.5	93	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.075	1.036	3.6	92	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.046	0.989	5.4	90	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE091918\
Data File : BE097572.D
Acq On : 20 Sep 2018 11:48
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 20 12:29:26 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE091918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Sep 20 10:54:43 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0