Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\Data\BE092317\
Data File : BE094081.D
Acq On : 23 Sep 2017 17:00
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 4 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 25 13:09:31 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE092317.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Sep 25 13:07:29 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	100	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.366	8.5	95	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.336	16.0	97	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.349	12.8	94	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.370	7.5	93	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.369	7.8	92	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	93	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.374	6.5	89	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.369	7.8	89	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.411	-2.7	97	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.387	3.3	93	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.383	4.3	92	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	93	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.143	64.3#	41	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.407	-1.7	93	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.381	4.8	88	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.383	4.3	88	0.00
18		Fluorene	0.400	0.373	6.8	88	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	87	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.401	-0.3	92	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.445	-11.2	106	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	9.199	-2199.8#	3032	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.399	0.3	91	0.00
24		Anthracene	0.400	0.390	2.5	81	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.411	-2.7	96	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.411	-2.7	96	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	101	0.00
28		Pyrene	0.400	0.404	-1.0	96	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.408	-2.0	97	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.400	0.0	101	0.00
31		Chrysene	0.400	0.395	1.3	97	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.352	12.0	88	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.377	5.8	98	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	96	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.406	-1.5	96	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.398	0.5	95	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.406	-1.5	98	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.411	-2.7	97	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.414	-3.5	97	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\Data\BE092317\
Data File : BE094081.D
Acq On : 23 Sep 2017 17:00
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 4 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 25 13:09:31 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE092317.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Sep 25 13:07:29 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0