Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE092619\
Data File : BE100565.D
Acq On : 26 Sep 2019 12:43
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 26 15:24:28 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE092019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 20 18:26:17 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	95	0.00
2		1,4-Dioxane	0.577	0.597	-3.5	97	0.03
3		n-Nitrosodimethylamine	0.339	0.392	-15.6	145	0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.936	1.295	-38.4#	142	0.02
5	S	Phenol-d6	1.282	1.631	-27.2#	134	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.297	1.296	0.1	100	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	94	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.231	0.302	-30.7#	137	0.00
9		Naphthalene	4.147	4.119	0.7	96	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.133	0.129	3.0	93	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.598	0.579	3.2	96	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.660	0.658	0.3	99	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	89	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.065	0.106	-63.1#	161#	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.428	1.442	-1.0	92	0.00
16		Acenaphthylene	1.647	1.820	-10.5	108	0.01
17		Acenaphthene	1.112	1.142	-2.7	97	0.00
18		Fluorene	1.391	1.449	-4.2	99	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	84	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.188	0.194	-3.2	91	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.164	0.157	4.3	85	0.01
22		Pentachlorophenol	0.037	0.063	-70.3#	242#	-0.01
23		Phenanthrene	1.115	1.140	-2.2	90	0.00
24		Anthracene	0.938	1.027	-9.5	103	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	4.758	4.585	3.6	86	0.00
26		Fluoranthene	1.344	1.315	2.2	87	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	79	0.00
28		Pyrene	1.151	1.280	-11.2	91	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.947	0.995	-5.1	86	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.068	1.223	-14.5	95	0.01
31		Chrysene	1.217	1.200	1.4	82	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.151	3.412	-196.4#	260#	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.353	1.482	-9.5	89	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	83	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.082	1.091	-0.8	93	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.252	1.124	10.2	80	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.010	1.031	-2.1	91	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.052	1.049	0.3	90	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.098	1.048	4.6	83	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE092619\
Data File : BE100565.D
Acq On : 26 Sep 2019 12:43
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 26 15:24:28 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE092019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 20 18:26:17 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0