Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE093015\
Data File : BE090985.D
Acq On : 30 Sep 2015 18:58
Operator : UM/IZ
Sample : SSTDCCC001
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC001

Quant Time: Oct 01 04:21:10 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE092815.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 30 16:01:03 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	5.000	5.000	0.0	71	0.00
2		1,4-Dioxane	1.000	3.482	-248.2#	213	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	1.000	0.945	5.5	69	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.000	0.988	1.2	73	0.00
5	S	Phenol-d6	1.000	0.906	9.4	72	0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.000	1.211	-21.1	78	0.00
7	I	Naphthalene-d8	5.000	5.000	0.0	75	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	1.000	0.887	11.3	71	0.00
9		Nitrobenzene	1.000	0.863	13.7	67	0.00
10		Naphthalene	1.000	0.994	0.6	74	0.00
11		Hexachlorobutadiene	1.000	0.930	7.0	68	0.00
12		2-Methylnaphthalene	1.000	0.941	5.9	75	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	5.000	5.000	0.0	77	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	1.000	0.967	3.3	92	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.000	0.862	13.8	72	0.00
16		Acenaphthylene	1.000	0.909	9.1	77	0.00
17		Acenaphthene	1.000	0.960	4.0	79	0.00
18		Fluorene	1.000	0.961	3.9	80	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	5.000	5.000	0.0	83	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	1.000	0.888	11.2	80	0.00
21		Hexachlorobenzene	1.000	0.971	2.9	80	0.00
22		Pentachlorophenol	1.000	0.899	10.1	91	0.00
23		Phenanthrene	1.000	0.966	3.4	84	-0.02
24		Anthracene	1.000	0.908	9.2	81	-0.02
25		Fluoranthene	1.000	0.972	2.8	88	0.00
26	I	Chrysene-d12	5.000	5.000	0.0	87	0.00
27		Benzidine	1.000	1.338	-33.8#	121	0.00
28		Pyrene	1.000	0.941	5.9	89	0.00
29	S	Terphenyl-d14	1.000	0.923	7.7	88	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.000	0.973	2.7	89	0.00
31		3,3'-Dichlorobenzidine	1.000	0.022	97.8#	0	-20.97#
32		Chrysene	1.000	0.962	3.8	86	0.00
33		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.000	0.918	8.2	97	0.00
34		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.000	1.003	-0.3	95	0.00
35	I	Perylene-d12	5.000	5.000	0.0	89	0.00
36		Benzo(b)fluoranthene	1.000	0.918	8.2	92	0.00
37		Benzo(k)fluoranthene	1.000	0.884	11.6	84	0.00
38	C	Benzo(a)pyrene	1.000	0.968	3.2	100	0.00
39		Dibenzo(a,h)anthracene	1.000	0.945	5.5	100	0.00
40		Benzo(g,h,i)perylene	1.000	0.951	4.9	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE093015\
Data File : BE090985.D
Acq On : 30 Sep 2015 18:58
Operator : UM/IZ
Sample : SSTDCCC001
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC001

Quant Time: Oct 01 04:21:10 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE092815.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 30 16:01:03 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0