Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE100418\
Data File : BE097724.D
Acq On : 4 Oct 2018 13:16
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 05 06:50:04 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE100318.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 03 12:17:19 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	59	0.01
2		1,4-Dioxane	0.797	0.782	1.9	62	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.725	0.673	7.2	58	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.946	0.980	-3.6	64	0.01
5	S	Phenol-d6	1.450	1.414	2.5	59	0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.501	1.469	2.1	60	0.02
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	61	0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.130	0.166	-27.7#	83	0.01
9		Naphthalene	4.031	3.821	5.2	59	0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.214	0.206	3.7	61	0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.636	0.604	5.0	59	0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.645	0.610	5.4	60	0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	63	0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.072	0.077	-6.9	83	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.761	1.607	8.7	61	0.00
16		Acenaphthylene	1.771	1.581	10.7	59	0.01
17		Acenaphthene	1.135	1.075	5.3	63	0.01
18		Fluorene	1.507	1.441	4.4	63	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	62	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.210	0.203	3.3	65	0.01
21		Hexachlorobenzene	0.236	0.225	4.7	62	0.01
22		Pentachlorophenol	0.037	0.038	-2.7	72	0.00
23		Phenanthrene	1.031	1.025	0.6	65	0.01
24		Anthracene	0.890	0.832	6.5	63	0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.063	4.728	6.6	62	0.00
26		Fluoranthene	1.313	1.225	6.7	62	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	58	0.00
28		Pyrene	1.016	0.989	2.7	63	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.817	0.800	2.1	64	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.075	0.961	10.6	58	0.00
31		Chrysene	1.202	1.185	1.4	62	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.787	0.682	13.3	58	0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.044	0.948	9.2	57	0.01
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	57	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.098	1.012	7.8	59	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.217	1.167	4.1	61	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.994	0.906	8.9	58	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.979	0.886	9.5	57	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.024	0.961	6.2	58	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE100418\
Data File : BE097724.D
Acq On : 4 Oct 2018 13:16
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 05 06:50:04 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE100318.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 03 12:17:19 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0