Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\Data\BE100617\
Data File : BE094182.D
Acq On : 6 Oct 2017 16:51
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 07 01:32:03 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE100617.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Oct 06 15:16:13 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	115	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.403	-0.8	108	0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.389	2.8	112	0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.387	3.3	112	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.375	6.3	109	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.383	4.3	112	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	116	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.390	2.5	114	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.402	-0.5	114	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.405	-1.3	117	-0.02
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.398	0.5	114	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.400	0.0	115	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	119	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.339	15.3	108	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.395	1.3	118	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.390	2.5	116	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.398	0.5	116	0.00
18		Fluorene	0.400	0.388	3.0	115	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	117	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.371	7.3	107	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.357	10.8	105	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.319	20.3	92	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.377	5.8	109	0.00
24		Anthracene	0.400	0.401	-0.3	119	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.364	9.0	105	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.362	9.5	105	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	105	0.00
28		Pyrene	0.400	0.394	1.5	103	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.390	2.5	103	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.388	3.0	101	0.00
31		Chrysene	0.400	0.400	0.0	105	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.345	13.8	95	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.401	-0.3	104	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	105	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.392	2.0	103	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.388	3.0	102	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.406	-1.5	108	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.389	2.8	102	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.388	3.0	103	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\Data\BE100617\
Data File : BE094182.D
Acq On : 6 Oct 2017 16:51
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 07 01:32:03 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE100617.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Oct 06 15:16:13 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0