Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE101217\
Data File : BE094311.D
Acq On : 12 Oct 2017 12:02
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 12 22:51:59 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE100617.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Oct 06 15:16:13 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	135	0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.333	16.8	105	0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.341	14.8	115	0.03
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.420	-5.0	142	0.03
5	S	Phenol-d6	0.400	0.425	-6.2	145	0.03
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.398	0.5	137	0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	141	0.02
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.416	-4.0	148	0.02
9		Naphthalene	0.400	0.399	0.3	138	0.02
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.416	-4.0	145	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.389	2.8	135	0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.387	3.3	135	0.02
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	126	0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.381	4.8	128	0.03
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.422	-5.5	132	0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.422	-5.5	132	0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.397	0.8	122	0.01
18		Fluorene	0.400	0.379	5.3	118	0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	64	0.03
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.335	16.3	53	0.03
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.729	-82.2#	118	0.03
22		Pentachlorophenol	0.400	0.260	35.0#	41	0.07
23		Phenanthrene	0.400	0.480	-20.0	76	0.03
24		Anthracene	0.400	0.467	-16.8	77	0.03
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.679	-69.8#	107	0.02
26		Fluoranthene	0.400	0.666	-66.5#	106	0.02
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	99	0.02
28		Pyrene	0.400	0.427	-6.7	105	0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.419	-4.7	103	0.01
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.405	-1.3	99	0.03
31		Chrysene	0.400	0.412	-3.0	102	0.03
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.483	-20.7	126	0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.335	16.3	82	0.10
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	101	0.05
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.385	3.8	97	0.04
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.391	2.3	99	0.04
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.390	2.5	99	0.05
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.344	14.0	87	0.09
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.278	30.5#	71	0.11

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE101217\
Data File : BE094311.D
Acq On : 12 Oct 2017 12:02
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 12 22:51:59 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE100617.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Oct 06 15:16:13 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0