Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE101918\
Data File : BE097985.D
Acq On : 19 Oct 2018 9:44
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 19 23:33:41 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE101618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Oct 16 15:36:44 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	135	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.328	18.0	120	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.363	9.3	138	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.377	5.8	134	-0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.398	0.5	138	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.350	12.5	126	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	151	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.350	12.5	135	-0.01
9		Naphthalene	0.400	0.381	4.8	148	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.374	6.5	146	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.388	3.0	150	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.393	1.8	154	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	164	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.335	16.3	156	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.346	13.5	150	-0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.369	7.8	160	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.377	5.8	163	0.00
18		Fluorene	0.400	0.354	11.5	153	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	159	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.366	8.5	149	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.390	2.5	158	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.473	-18.2	214	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.355	11.3	146	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.354	11.5	147	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.327	18.3	139	-0.01
26		Fluoranthene	0.400	0.332	17.0	141	-0.01
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	148	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.356	11.0	140	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.345	13.8	141	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.352	12.0	138	0.00
31		Chrysene	0.400	0.360	10.0	146	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.332	17.0	132	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.326	18.5	133	-0.03
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	144	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.350	12.5	136	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.353	11.8	141	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.355	11.3	136	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.348	13.0	134	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.338	15.5	133	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE101918\
Data File : BE097985.D
Acq On : 19 Oct 2018 9:44
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 19 23:33:41 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE101618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Oct 16 15:36:44 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0