Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\Data\BE102417\
Data File : BE094511.D
Acq On : 24 Oct 2017 9:59
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 24 15:54:00 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE102317.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 23 22:40:47 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	97	0.00
2		1,4-Dioxane	0.677	0.686	-1.3	85	-0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.648	0.639	1.4	95	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.370	1.439	-5.0	102	0.00
5	S	Phenol-d6	2.069	2.291	-10.7	110	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.600	1.575	1.6	97	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	99	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.319	0.340	-6.6	110	0.00
9		Naphthalene	4.527	4.561	-0.8	97	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.164	0.168	-2.4	100	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.642	0.654	-1.9	98	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.768	0.782	-1.8	100	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	101	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.110	0.121	-10.0	115	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.410	1.403	0.5	99	0.00
16		Acenaphthylene	2.112	2.060	2.5	99	0.00
17		Acenaphthene	1.356	1.345	0.8	98	-0.01
18		Fluorene	1.738	1.732	0.3	100	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	98	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.218	0.222	-1.8	102	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.191	0.233	-22.0	105	0.00
22		Pentachlorophenol	0.024	0.028	-16.7	114	0.00
23		Phenanthrene	1.141	1.112	2.5	95	0.00
24		Anthracene	1.176	1.188	-1.0	97	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	4.676	5.517	-18.0	101	0.00
26		Fluoranthene	1.420	1.661	-17.0	100	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	100	0.00
28		Pyrene	1.399	1.384	1.1	101	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.754	0.746	1.1	101	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.302	1.331	-2.2	103	0.00
31		Chrysene	1.322	1.297	1.9	102	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	3.193	3.098	3.0	106	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.222	1.225	-0.2	102	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	101	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.294	1.300	-0.5	104	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.379	1.360	1.4	100	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.255	1.254	0.1	101	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.127	1.125	0.2	103	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.055	1.057	-0.2	102	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\Data\BE102417\
Data File : BE094511.D
Acq On : 24 Oct 2017 9:59
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 24 15:54:00 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE102317.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 23 22:40:47 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0