Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE102819\
Data File : BE100692.D
Acq On : 29 Oct 2019 2:26
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 29 11:55:12 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE101019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 23 16:49:33 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	57	0.00
2		1,4-Dioxane	0.714	0.891	-24.8	72	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.755	0.820	-8.6	68	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.235	1.394	-12.9	68	0.00
5	S	Phenol-d6	1.742	2.041	-17.2	71	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.430	1.697	-18.7	73	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	64	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.248	0.344	-38.7#	100	0.00
9		Naphthalene	4.206	4.679	-11.2	73	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.183	0.207	-13.1	75	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.631	0.693	-9.8	73	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.717	0.782	-9.1	72	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	66	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.106	0.144	-35.8#	101	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.457	1.543	-5.9	71	0.00
16		Acenaphthylene	1.721	1.779	-3.4	70	-0.02
17		Acenaphthene	1.112	1.214	-9.2	74	0.00
18		Fluorene	1.477	1.631	-10.4	75	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	69	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.204	0.222	-8.8	78	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.194	0.207	-6.7	78	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.062	0.056	9.7	69	0.00
23		Phenanthrene	1.100	1.225	-11.4	77	-0.01
24		Anthracene	1.021	1.064	-4.2	75	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.162	5.645	-9.4	79	0.00
26		Fluoranthene	1.436	1.590	-10.7	77	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	61	0.00
28		Pyrene	1.118	1.378	-23.3	75	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.875	1.023	-16.9	75	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.305	1.454	-11.4	68	0.00
31		Chrysene	1.304	1.442	-10.6	68	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.729	3.100	-13.6	69	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.603	1.695	-5.7	66	-0.01
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	56	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.166	1.277	-9.5	66	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.200	1.330	-10.8	66	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.086	1.164	-7.2	65	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.122	1.220	-8.7	67	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.129	1.234	-9.3	66	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE102819\
Data File : BE100692.D
Acq On : 29 Oct 2019 2:26
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 29 11:55:12 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE101019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 23 16:49:33 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0