Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE103024\
Data File : BE101423.D
Acq On : 30 Oct 2024 14:46
Operator : RC/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Oct 30 16:19:42 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Methods\8270-BE102824.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Oct 29 01:26:30 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	91	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	35.775	10.6	82	0.00
3		Pyridine	40.000	40.561	-1.4	92	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	38.059	4.9	84	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	74.532	6.8	83	0.00
6		Aniline	40.000	46.771	-16.9	95	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	79.335	0.8	87	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.226	1.9	87	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	36.813	8.0	79	0.00
10	C	Phenol	40.000	40.610	-1.5	86	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.090	4.8	82	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.056	4.9	85	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	37.927	5.2	86	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.840	2.9	87	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	44.053	-10.1	89	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	40.762	-1.9	91	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.871	0.3	86	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.821	0.4	89	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	44.031	-10.1	91	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	40.889	-2.2	88	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	94	0.00
22		Acetophenone	40.000	40.299	-0.7	89	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	80.884	-1.1	90	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.743	0.6	89	0.00
25		Isophorone	40.000	41.337	-3.3	90	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.837	-4.6	90	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.688	0.8	89	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	41.141	-2.9	93	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.154	-0.4	90	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.025	2.4	90	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.788	3.0	89	0.00
32		Benzoic acid	40.000	37.607	6.0	90	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	43.220	-8.0	90	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	39.873	0.3	92	0.00
35		Caprolactam	40.000	40.162	-0.4	86	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.564	1.1	88	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.558	1.1	90	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.276	1.8	90	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	93	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.768	0.6	91	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	43.091	-7.7	94	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	82.110	-2.6	92	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	41.003	-2.5	90	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	40.347	-0.9	90	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	81.037	-1.3	91	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.590	1.0	90	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.565	1.1	91	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE103024\
Data File : BE101423.D
Acq On : 30 Oct 2024 14:46
Operator : RC/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Oct 30 16:19:42 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Methods\8270-BE102824.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Oct 29 01:26:30 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	41.815	-4.5	89	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.145	-0.4	90	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.789	0.5	90	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.267	-0.7	89	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.141	2.1	89	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	42.348	-5.9	90	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	37.144	7.1	88	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.188	2.0	90	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	38.648	3.4	86	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.303	-3.3	90	0.00
58		Fluorene	40.000	39.716	0.7	89	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.520	-1.3	91	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.988	0.0	90	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	40.038	-0.1	91	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	40.286	-0.7	87	0.00
63		Azobenzene	40.000	40.057	-0.1	90	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	93	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	40.784	-2.0	90	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.996	0.0	89	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	40.484	-1.2	92	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	40.051	-0.1	91	0.00
69		Atrazine	40.000	35.486	11.3	73	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	42.905	-7.3	92	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.391	1.5	88	0.00
72		Anthracene	40.000	40.274	-0.7	89	0.00
73		Carbazole	40.000	39.830	0.4	89	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	42.969	-7.4	93	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.686	-1.7	92	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	96	0.00
77		Benzidine	40.000	58.797	-47.0#	103	0.00
78		Pyrene	40.000	40.392	-1.0	91	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	77.280	3.4	96	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	42.121	-5.3	95	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.655	-1.6	93	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	42.108	-5.3	92	0.00
83		Chrysene	40.000	39.947	0.1	94	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	45.100	-12.8	99	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	44.410	-11.0	98	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	94	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	39.680	0.8	90	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	41.078	-2.7	91	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	41.131	-2.8	93	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.649	-1.6	90	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.353	-0.9	90	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	39.050	2.4	89	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE103024\
Data File : BE101423.D
Acq On : 30 Oct 2024 14:46
Operator : RC/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Oct 30 16:19:42 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Methods\8270-BE102824.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Oct 29 01:26:30 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0