Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE110624\
Data File : BE101501.D
Acq On : 6 Nov 2024 18:41
Operator : RC/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
ClientSampleId :
ICVBE110624

Quant Time: Nov 07 00:03:03 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Methods\8270-BE110624.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 07 00:01:20 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	102	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.497	1.3	104	0.00
3		Pyridine	40.000	38.795	3.0	101	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.271	1.8	104	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	78.684	1.6	103	0.00
6		Aniline	40.000	44.123	-10.3	95	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	79.200	1.0	101	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.308	1.7	102	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	44.231	-10.6	111	0.00
10	C	Phenol	40.000	40.122	-0.3	103	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	36.662	8.3	112	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.925	2.7	102	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	38.708	3.2	101	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.920	2.7	101	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	40.656	-1.6	102	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	39.031	2.4	101	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	41.213	-3.0	103	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.102	2.2	103	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	39.976	0.1	101	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	40.202	-0.5	102	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	101	0.00
22		Acetophenone	40.000	39.183	2.0	101	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	79.517	0.6	101	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.688	0.8	102	0.00
25		Isophorone	40.000	39.688	0.8	101	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.104	-0.3	102	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.338	1.7	102	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.945	2.6	100	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.965	0.1	102	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.514	3.7	100	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.966	2.6	101	0.00
32		Benzoic acid	40.000	37.459	6.4	103	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	41.044	-2.6	102	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.605	3.5	100	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.820	0.4	99	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.752	0.6	101	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.989	2.5	100	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.952	2.6	101	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	99	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	38.795	3.0	99	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	40.490	-1.2	93	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	79.111	1.1	100	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.711	0.7	100	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	40.215	-0.5	101	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	79.586	0.5	101	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.279	1.8	101	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.055	2.4	100	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE110624\
Data File : BE101501.D
Acq On : 6 Nov 2024 18:41
Operator : RC/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
ClientSampleId :
ICVBE110624

Quant Time: Nov 07 00:03:03 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Methods\8270-BE110624.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 07 00:01:20 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	41.248	-3.1	102	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.420	1.4	100	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.225	1.9	100	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.163	-0.4	101	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.275	1.8	100	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.364	-3.4	100	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	39.543	1.1	98	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.827	2.9	100	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	42.674	-6.7	102	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	40.082	-0.2	100	0.00
58		Fluorene	40.000	39.394	1.5	100	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	39.324	1.7	99	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.140	2.1	100	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.819	3.0	99	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	40.894	-2.2	100	0.00
63		Azobenzene	40.000	39.292	1.8	100	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	100	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	40.171	-0.4	97	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.015	2.5	100	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	38.578	3.6	99	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.948	2.6	100	0.00
69		Atrazine	40.000	43.693	-9.2	100	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	41.771	-4.4	102	0.00
71		Phenanthrene	40.000	38.975	2.6	101	0.00
72		Anthracene	40.000	39.289	1.8	100	0.00
73		Carbazole	40.000	39.450	1.4	101	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.795	0.5	101	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	39.571	1.1	102	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	105	0.00
77		Benzidine	40.000	40.139	-0.3	112	0.00
78		Pyrene	40.000	39.051	2.4	103	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	78.285	2.1	102	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	39.343	1.6	104	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.798	0.5	106	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	40.273	-0.7	105	0.00
83		Chrysene	40.000	39.277	1.8	104	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	39.015	2.5	104	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	39.329	1.7	105	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	105	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	38.700	3.2	103	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	37.506	6.2	102	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.896	0.3	107	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	38.628	3.4	104	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	38.621	3.4	103	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	38.415	4.0	103	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE110624\
Data File : BE101501.D
Acq On : 6 Nov 2024 18:41
Operator : RC/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
ClientSampleId :
ICVBE110624

Quant Time: Nov 07 00:03:03 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Methods\8270-BE110624.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 07 00:01:20 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0